

ELIT AS

Åleinstrument for temperatur og klima - EC000601

ELIT 1881**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT 1881 er spesielt utformet for treindustrien, og har åtte kalibreringsskalaer, slik at brukeren kan ta nøyaktige fuktmålinger i 150 t-resorter. Fuktmålinger kan tas ved hjelp av de i--nte-grerte nålelektrodene, eller bruke en ekstern fuktighetsprobe som følger med. Når den brukes s-ammen med temperatursonden, er fuktmålinger automatisk korrigert med hensyn til temperatur.

Avlesning med integrerte målepinner eller ekstern måleprobe

Automatisk temperaturkompensert (ATC) avlesning når temperaturproben benyttes

Stort LCD-display

Designet for bruk på materialer av tre - Måler fuktighetsnivået i sagd tømmer.

Måler også

papp, papir og harde materialer (gips, betong, mørtel) -

Fuktighetsnivå vises på displayet - Gjennomsiktig justering for Europeisk trevirke, basert på en materialtemperatur på 20°C

Tresorter: 150. Fuktområde: 6-99,9%. Temperatur: 0-60°C. ATC: Ja.

Nøyaktighet: $\pm 1\%$ i tre. Måleprinsipp: El. motstand.

Elektrodelengde: 8mm. Målepinner: Byttbare.

Batteri: 2 x AAA.

Størrelse mm: 180x50x31

El.nummer: 8009802

Art.nummer: 102 200 14

GTIN nummer: 7070810009763

Dimensjon: 180x50x31mm

Materialet: Plast

Overflatebehandling: Dobbeltstøpt

Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Åleinstrument for temperatur og klima - EC000601

ELIT 1881

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

åleinstrument for temperatur og klima - EC000601

ELIT 1881

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no