

ELIT AS

Spenningsprøver - EC000494

ELIT 135 m/ jordfeilbrytertest

1. PRODUKTBESKRIVELSE

En digital spenningsprøver med jordfeilbrytertest spesialtilpasset for det norske IT-nettet. Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V og IP 65 gjør den ideell for feltbruk. AC/DC spenningsmåling opp til 690V. 3-fas polaritetsindikering. Frekvensmåling. Kontinuitetsindikering på kretser under 100k ohm. Faseleder identifiseres ved bruk av kun 1 testprobe. Lyd kan skrues av eller på etter ønske.

Designet og produsert etter EN 61243 for kontroll av spenningsløst anlegg som beskrevet i NEK 50110-1

El.nummer: 8002408
Art.nummer: 102 900 06
GTIN nummer: 7070811207076
Dimensjon: 272 x 85 x 31mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbelstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Spenningsprøver - EC000494

ELIT 135 m/ jordfeilbrytertest

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20/IP67 oppbevaringseske

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no