

ELIT AS

Tilbehør for måleinstrument - EC001195

ELIT PRS-1 trekantplate**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Testprobe med 4mm tilkobling med form som en likesidet trekant med ledende gummiføtter. Produsert etter EN 1081 og HD 60364-6 for måling av gulvresistans og veggresistans.

Ved måling på gulv skal det påføres 75kg trykk og 25kg trykk ved måling på vegg.

Grenseverdi 50k Ohm så isolasjonsmåler bør ha minimum 3 siffer bak komma ved måling av Mega Ohm. (0,050M OHM)

F.eks.med installasjonstester EuroMaster AutoEv eller Isolasjonsmåler MIC-10.

El.nummer: 8010413
Art.nummer: 103 402 51
GTIN nummer: 7070811209308
Dimensjon: 200 x 200 x 40mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Folie
Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Tilbehør for måleinstrument - EC001195

ELIT PRS-1 trekantplate**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no